

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

ЛОТ №1

№	Атауы	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары	Өлшем бірлік	Саны
1	Анализатор	1. Үлгі науасы (сору патрондары+карта): Полипропиленді вакуумдық сорғыш: $\varnothing$ 203 мм, максималды адсорбциялық негіз диаметрі: $\varnothing$ 305 мм 2. Жұмыс режимі: сағат тіліне қарсы бір бағытты жұмыс 3. Шпиндельдің айналу жылдамдығы: 100-3000 айн/мин тиімді 4. Жылдамдық тұрақтылығы: $\pm 2\%$ 5. Айналмалы қолдың бұрылу бұрышы: $0-60^\circ$ Ұсыныс: 8 дюйм ($\varnothing$ 203) Бұрышты 45° етіп орнатыңыз; 12 дюйм ($\varnothing$ 305) 60° бұрышын орнатыңыз 6. Тербелетін қолдың жылдамдығы: $1-20^\circ/\text{с}$ 7. Атомизациялаушы саптама: цилиндрлік ұшы: шашыратқыштың диаметрі тар біреуі ~ 20 мм Саңырауқұлақ тәріздес басы: диаметрі ~ 40 мм болатын кеңірек бір спрей 8. Ультрадыбыстық саптама жиілігі: $40\text{KHz} \pm 10\%$: амплитудалық қуат диапазоны: 1, 2 және 3 берілістерінде реттеледі 9. Бөлшектердің мөлшері: $10-20\mu\text{m}$ 10. Ағын мөлшері: $0,6\text{пл}-4\text{мл/мин}$ 11. Тұтқырлық өлшемі: $\leq 100\text{cps}$ 12. Қатты зат: $\leq 10\%$ 13. Сұйықтықтың тұтқырлығы диапазоны: $1-50\text{mPa. c}$ (сР) 14. Су ерітіндісі үшін ұсынылатын қысылған ауа диапазоны: $\sim 2\text{psi}$ 15. Ультрадыбыстық қуат: 200 Вт 16. Жылыту әдісі: инфрақызыл қыздыру шамы: радиациялық пісіру 17. Қыздыру температурасы: $\text{RT}-50^\circ\text{C}$ 18. Жылыту қуаты: 2 кВт 19. Ауа шығысы: $\varnothing 100$ (сырттан косуға болады: сүзгі ішіндегі басқа газдар қорап) 20. Хостты басқару режимі: PLC бағдарламашы+сенсорлық экран+тұтқасы шексіз жылдамдық реттеу 21. Хосттың жалпы қуаты: $2,5\text{ кВт}$ 22. Хосттың қуат көзінің порты: $\text{AC}220\text{V } 50\text{Hz } 16\text{A}$	дана	1