

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

№	Тауар атауы	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары	Лот	Өлшем бірлік	Са ны
1.	Суытылатын шарлы дирмен	Шарлы дирмен: – Әрбір ұнтақтау ыдысының максималды көлемі -100 мл; – Жұмыс кернеуі - бір фазалы, 110 В немесе 220 В, 50/60 Гц; – Жұмыс режимі - 2 немесе 4 ұнтақтау ыдысы бір мезгілде жұмыс істейді; – Ұнтақтау режимі Құрғақ/ылғалды ұнтақтау; – Айналу жылдамдығы 90–870 айн/мин; – Беріліс қатынасы - 1:2; – Ұнтақталған өнім бөлшектерінің минималды өлшемі -0,1 мкм; – Ұнтақтау ыдыстарының материалы - Тот баспайтын болат, цирконий диоксиді (ZrO_2), алюминий оксиді (Al_2O_3), нейлон, полиуретан; вакуумдық ыдыстар үшін вольфрам, PTFE; – Ұнтақтаушы денелердің материалы Тот баспайтын болаттан, цирконий диоксидінен, алюминий оксидінен, полиуретаннан, көміртеккі болаттан және вольфрамнан жасалған шарлар; – Толық жүктеме кезіндегі максималды үздіксіз жұмыс уақыты - 72 сағат; – Құрылғының салмағы -29 кг (ұнтақтау барабанын есептегенде); – Құрылғының габариттік өлшемдері 500 × 300 × 340 мм Суыту жүйесі: – Номиналды коректендіру кернеуі -110/220 В AC; – Жиілігі -50/60 Гц; – Орнатылатын температура диапазоны – 38...+99,9 °C; – Контроллердің жұмыс температурасының диапазоны – 10 - 60 °C; – Сақтау температурасы – 20 - 70 °C; – Температураны өлшеу дәлдігі -±0,1 °C (25 °C температурада); – Температура датчигі – NTC; – Токты бақылау 3 арна - 0,3–35 А; – Релелік шығыстар - 5 реле, 250 VAC, 2 А; – Ауыстырып-қосу кірістері - 12 пассивті кіріс; – Салқындату түрі - Ауамен салқындату (Fan cool); – Салмағы - 130 кг; Габариттік өлшемдері - 81 × 74 × 115 см.	Лот 1	дана	1
2.	Гидрогельге арналған зертханалық гранулятор	– Диск диаметрі - 0.5 m – Диск жиегінің биіктігі-0,2 м – Айналу жылдамдығы -32 айн/мин – Қозғалтқыш қуаты-0,55 кВт – Өнімділігі -0,02–0,05 т/сағ – Жасалған материалы - – SS 304 маркалы тот баспайтын болат – Редуктор моделі - BWY0-43-0.55 – Габариттік өлшемдері (Ұ × Е × Б) - – 650 × 600 × 800 мм – Салмағы – 130кг – Комплектіде сұйықтықты бүркі кондырғысы (Spraying Device (Water / Binder Spray System); – Жиілік инверторы - 20 - 40 г/min (Frequency Inverter (Variable-Speed Drive); – Кепілдік – 24ай; – Қолдану жөніндегі нұсқаулық; – Материалды түйіршіктеуге арналған методикалық нұсқаулық;	Лот 2	дана	1

ҚОНДЫРҒЫҒА КЕПІЛДІК

Жеткізілген материалдың жұмыс қабілеттілігі мен белсенділігінің кепілдігі болуы керек - 24 ай.

ҚОНДЫРҒЫНЫ ТӨЛЕУ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Төлем шарттары: қондырғыны жеткізгеннен кейін төленеді. Құны ҚҚС-сыз көрсетілген.

Жеткізу:

Тауар жаңа, яғни пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, материалда және өңдеуде ақауларсыз, модифициаланбаған, өзгертілмеген, зақымдалмаған, Қазақстан Республикасының аумағында еркін айналым үшін шектеулерсіз (кепіл, тыйым салу, қамауға алу және т.б.) құнға барлық мүмкін салықтар мен баж төлемдерін қосқанда Өскемен қ., Қ.Бітібаева 18/1, бөлме-15 мекенжайы бойынша сатып алушыға дейін жеткізілуі керек.

Тауарды Клиенттің қоймасына жеткізу келісім-шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы керек.

№351/2024 м/б тақырыбының жетекшісі



Қ. Ақатан